


令和3年度建築物飲料水水質検査業における精度管理事業

個別フォローアップに関する事後アンケート結果

アンケート概要

- 参加機関数 7機関
- フォローアップ対象 6機関
- 任意による参加希望 1機関
- 実施期間 令和4年1月21日から31日まで
- 実施方法 アンケートによる調査(アンケート調査票を担当者にメール送信)
- アンケート回収率 57%(4機関)

1 結果に対する原因を究明することが出来たか。
分析技術の向上に役立つ情報を得ることが出来たか。



2～4 日常の検査業務における変更点又は改善点、精度管理や個別フォローアップで得たものを生かした業務改善等

データ集計等のチェック方法の見直し・改善
機器の点検方法の見直し・改善
特に実施していない



【記述回答】 ※原文のまま抜粋

- 標準液の希釈倍率の見直し。
- イオンクロマト分析に関して容器の洗浄方法の変更
- 分析手順の再確認、メーカー説明書の再読を行なった。
- 器具類の洗浄方法の再確認を行なった。
- 機器のメンテナンスの方法・時期を見直し・改善をした。

5 良かった点と今後の要望

※ 原文のまま記載

- 検査結果に対して社外の方に意見を頂ける貴重な機会であり良かったです。
- 検査対象の添加量を教えて頂けたこと。
- クロマトグラフを確認して頂けたのが良かったです。
- 細かくご提案いただき、問題点の改善に向けて取り組むことが出来ました。